


«ТеплоМер» ЖШС
Қазақстан Республикасы
Ж. Тархан көшесі, 96
тел/факс: 8 (7172) 372 941
сот. 8 701 529 94 36
e-mail: teplomers@mail.ru

ТОО «ТеплоМер»
Республика Казахстан
ул. Ж. Тархана, 96
тел/факс: 8 (7172) 372 941
сот. 8 701 529 94 36
e-mail: teplomers@mail.ru

« 28 » 09 2020 г. № 331



ПК «Наш Дом НС»

Настоящим сообщая, что в результате проведения Государственной поверки расходомеров ультразвуковых ULTRAFLOW 65 Ду=50мм. в органах Госстандарта РК, расходомер № 04/1281982 2004 года выпуска (входящий в состав системы теплового учета на базе тепловычислителя multical № 4707861) на основании результатов поверки признан непригодным к применению (извещение о непригодности прилагается).

Срок службы расходомера ультразвукового ULTRAFLOW 65 согласно паспортным данным составляет 10 лет при условии строгого соблюдения условий эксплуатации системы теплового учета, предъявляемые изготовителем и действующими «Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя» (помещение должно быть сухим, оборудованным освещением и естественной или принудительной вентиляцией; температура воздуха в помещении не должна быть ниже 5 град.С и не превышать 25 град.С).

Для обеспечения расчетов за потребленную тепловую энергию по ее фактическому потреблению необходимо в кратчайшие сроки восстановить работоспособность узла учета тепловой энергии путем замены расходомера ультразвукового ULTRAFLOW 65 Ду=50мм. К сожалению, расходомеры вышеуказанного типа являются устаревшей моделью и сняты с производства, замену можно произвести на ультразвуковой расходомер ULTRAFLOW 54 Ду=50мм. (характеристики расходомерных устройств полностью совпадают) стоимостью **452300 (четырееста пятьдесят две тысячи триста) тенге, без НДС.**

Все измерительные приборы, входящие в состав системы теплового учета на базе тепловычислителя multical № 4707861, 2004 года выпуска. Поэтому не исключена вероятность того, что они также могут выйти из строя в ближайшее время.

Учитывая вышеизложенное, предлагаю произвести замену устаревшего оборудования узла учета тепловой энергии и теплоносителя на оборудование нового поколения в составе:

- Тепловычислитель типа ТВ-7 - 1 шт.;
- Расходомеры электромагнитные Питерфлоу ЭР Ду=50мм. - 2 шт.;
- Термометры сопротивления типа КТСБ - 1 пара;
- УСПД (teleofis) – 1шт.;
- Монтажный комплект (переходы, присоединители, конуса, фланцы, шпильки, гайки, гильзы под КТСБ и т.д.) – 2комп.

Стоимость замены оборудования с учетом электросварочных, механомонтажных, электромонтажных, пусконаладочных работ и сдачей узла учета тепловой энергии и теплоносителя на коммерческий учет в АО «Астана-Теплотранзит» составляет **498700 (четырееста девяносто восемь тысяч семьсот) тенге, без НДС.**

Предлагаемые цены по состоянию на 25.09.2020г. и меняются в зависимости от курса валют, т.к. оборудование закупается в России и Дании.

Приложение: извещения о непригодности.

Директор



Сергеева О.В.