

Астанинский филиал
АО "Национальный центр
экспертизы и сертификации"
ИИК KZ303562203101479994
Ф-л АО "Банк Центр Кредит" г. Нур-Султан
БИК KСJBKZKX БИН 130641007179
г. Нур-Султан, ул. Ауэзова 28/1



Астанинский филиал АО "НаЦЭКС"

(наименование подразделения государственной метрологической службы или метрологической службы юридического лица)

Аттестат аккредитации KZ.P.01.0833

(номер аттестата аккредитации)

KZ.P.01.0833

ИЗВЕЩЕНИЕ

о непригодности к применению № BC-07-2001208

Средство измерений (эталон)

Расходомер ультразвуковой

наименование, тип, обозначение

ULTRAFLOW 65

заводской номер 04/1281982

принадлежащее ПК "Наш Дом НС" г. Нур-Султан, ул. Янушкевича, д. 1 (бл. А, Б и В)


наименование юридического (физического) лица

на основании результатов поверки признано непригодным к применению.

Причина непригодности:

При тестировании на проливном стенде были обнаружены: вода сочится из-за крышки расходомера, вследствие попадания воды на основную плату и излучатели, они вышли из строя. На основной плате присутствуют следы ржавчины. При подключении к персональному компьютеру, прибор не определяется и не калибруется.

Руководитель отдела (лаборатории)



(подпись)

Ж.Ж. Кенженов

(инициалы, фамилия)

Штамп с отметкой "Забраковано":

Поверитель


(подпись)

А.С. Асанбаев

(инициалы, фамилия)

" 23 " Сентября 2020 г.

"Ұлттық сараптау және сертификаттау орталығы"
акционерлік қоғамының Астана филиалы
Метрология қызметі
ЖАРАМСЫЗ

Астанинский филиал Акционерного общества